

Koszalin, 10.03.2023 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.002.2023 JK – pojemniki na odpady medyczne

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy poz. 1 .1

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy otworu w pokrywie min. 3,5cm, max. 6,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy poz. 1.3

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki posiadające pokrywę wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz dwa otwory umożliwiające oddzielenie ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy poz. 2.1 pojemnik 5l

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy otworu w pokrywie min. 3,5cm, max. 6,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy poz. 2.1 pojemnik 5l

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki posiadające pokrywę wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz dwa otwory umożliwiające oddzielenie ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy poz. 2.1

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy otworu w pokrywie min. 9cm, max. 10cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy poz. 2.1 pojemnik 10l

„Czy Zamawiający dopuści pojemniki posiadające pokrywę wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz dwa otwory umożliwiające oddzielenie ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek?”


ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy poz. pozycja 1 .9 oraz pozycja 2.9 pojemność 5l

„Czy Zamawiający dopuści etykiety:

znak pisma: TP.382.002.2023 JK



**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga etykiety, której wzór znajduje się w OPZ.

PYTANIE NR 8: dotyczy poz. 2.9

„Czy Zamawiający dopuści etykietę:



**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga etykiety, której wzór znajduje się w OPZ.

PYTANIE NR 9: dotyczy poz. 3.7 oraz poz. 4.7

„Czy Zamawiający dopuści etykietę:



**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga etykiety, której wzór znajduje się w OPZ.

z up. p.o. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
Z-CIA DYREKTORA  
ds. Technicznych i Administracyjnych