

**Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.047.2023 OB – Dostawa środków dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.06.2023 r.

2. DZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmianie ulega ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Oferty należy przesłać do dnia 24.05.2023 r. do godz. 10:00.

3. DZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2023 r., o godz. 10:30.

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia części nr 4, który otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ NR 4 DEZYNFEKCJA SKÓRY RĄK			
Nazwa preparatu			
Producent			
Wielkość opakowania handlowego			
LP.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
Preparat alkoholowy, stężony, w płynie, bezbarwny bez konserwantów, jodu, fenolu i jego pochodnych oraz chlorheksydyny, testowany dermatologicznie. Preparat gotowy do użycia do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące, oraz regenerujące skórę (wit.E, d-pantenol). <u>Min. Zawartość alkoholu etylowego 80g na 100g preparatu.</u> Preparat spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN14476, EN14348 lub równoważne			
1	Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub równoważną	w czasie 30 sekund	
2	Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub równoważną	w ciągu 90 sekund	
3	Związki aktywne	Alkohol etylowy - 80g na 100g preparatu	
4	Spektrum działania	B, Tbc, F, V (HBV,HCV, HIV, Rota, Polio, Adeno, Noro)	

5	<p>Opakowanie jednostkowe jednorazowe będące wkładem (system zamknięty). Preparat konfekcjonowany w opakowaniach jednorazowych (butelki, wkłady, itp.) bez możliwości ponownego otwierania, o pojemności od 500 do 1000 ml. kompatybilnych z dozownikami ściennymi typu łokciowego (bez kontaktu z dłonią). Dozowniki ścienne powinny być trwałe, estetyczne, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości, poddającego się dezynfekcji. W przypadku wyboru preparatu i systemu dozującego innego, niż dotychczas będący w posiadaniu zamawiającego, wykonawca dostarczy i zamontuje (bez dodatkowego wiercenia w ścianach) dozowniki kompatybilne z wybranym produktem, demontując i utylizując posiadane przez zamawiającego dozowniki.</p>	tak	
6	<p>W razie uszkodzenia dozownika bezpłatna wymiana w ramach reklamacji.</p>	tak	

z up. p.o. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych i Administracyjnych