

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Trybu podstawowego nr TP.382.047.2023 OB – Dostawa środków dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
1	Dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi, w tym operacyjnymi (również dla pediatrii)	Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	100,00
2	Dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi, w tym operacyjnymi	Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	100,00
3	Antyseptyka błon śluzowych i ran	Schulke Polska Sp. z o.o. , Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa	100,00
4	Dezynfekcja skóry rąk	Henry Kruse Sp. z o.o., Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce	100,00
5	Dekontaminacja skóry ciała pacjenta	Henry Kruse Sp. z o.o., Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce	100,00

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
2	Dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi, w tym operacyjnymi	Henry Kruse Sp. z o.o., Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce	69,65
		Schulke Polska Sp. z o.o. , Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa	86,81
4	Dezynfekcja skóry rąk	Schulke Polska Sp. z o.o. , Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa	Oferta odrzucona

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta złożona przez Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa na część nr 4 (Dezynfekcja skóry rąk), została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zamawiający w części nr 4 wymagał systemu zamkniętego.

Zaproponowany system hyclick nie spełnia wymogów systemu zamkniętego zgodnie z obowiązującą definicją. System zamknięty w higienie rąk – przeznaczony wyłącznie dla obszaru medycznego, cechuje się brakiem możliwości dostawania się powietrza do wnętrza opakowania, dzięki czemu nie dochodzi do kontaminacji preparatu drobnoustrojami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. W trakcie sprawdzenia procesu

dozowania preparatu Desderman care w systemie hyclick opakowanie nie uległo zasysaniu, powietrze dostawało się do środka opakowania i preparat w małych porcjach wyciekał samoistnie na zewnątrz.

3. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w dniu 27.06.2023 r.

z up. p.o. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-CADYREKTORA
ds. Technicznych i Administracyjnych