

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.060.2023 EK – opatrunki

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 1

„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17N8W w zakresie części nr 1?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu kompresów jałowych sterylizowanych parą wodną.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 2 poz. 1-6

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych w 71% z poliamidu i w 29% z elastodienu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 1,2 – 1,5 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 2,4 – 2,9 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 2 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 3,8 – 4,6 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 2 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 6,5 – 7,5 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 2 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 6,5 – 7,5 cm?”

ODPOWIEDŹ


Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 2 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o szerokości 8,6 – 9,6 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.


z up. p.o. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-CIA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych