

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.069.2023 OB – rękawice jednorazowego użytku

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: część nr 1

„Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści rękawice wyłącznie z teksturą na końcach palców oraz AQL $\leq 1,5$? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ..”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 2 dotyczy: część nr 1

„Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców, poziom AQL 1,5 przebadane na 13 cytostatyków, przy spełnionych pozostałych wymaganiach?.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 3 dotyczy: część nr 2

„Czy zamawiający dopuści rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, wykonane z miękkiego elastycznego nitylu w kolorze niebieskim, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, mankiet rolowany. Rękawice o min. długości 285 mm, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: palce- 0,14 mm – 0,16mm, dłoń - 0,10mm – 0,12 mm, mankiet- 0,08mm – 0,06mm. Rękawice przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671, posiadające badania wg. EN 374-3 lub EN 16523 -1 na min 10 substancji chemicznych oraz na 14 cytostatyków- poziom odporności 6, Carmustyna poziom 3??.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 4 dotyczy: część nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające opakowanie handlowe o rozmiarach 20x11x6cm (Wykonawca dostarczy w cenie rękawic podajniki w odpowiednim rozmiarze – prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej ilości wymaganych podajników)???”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 5 dotyczy: część nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane zgodnie z EN 16523-1 na min. 12 substancji chemicznych w tym min. 9 substancji chemicznych na min. 3 poziomie ochrony?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 6, dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające opakowanie handlowe o rozmiarach 27x13x7cm (Wykonawca dostarczy w cenie rękawic podajniki w odpowiednim rozmiarze – prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej ilości wymaganych podajników)?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 7, dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 8, dotyczy: części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 9, dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 10 dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,09mm+/-0,02, na mankiecie 0,08mm+/-0,02?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie w SWZ

PYTANIE NR 11, dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed i po starzeniu min. 9N?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 12, dotyczy: części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 12 cytostatyków, w tym 10 na min. 4 poziomie odporności?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 13, dotyczy: części nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte od wewnątrz poliuretanem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 14, dotyczy: części nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 15, dotyczy: części nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające opakowanie handlowe o rozmiarach 22x12x6cm (Wykonawca dostarczy w cenie rękawic podajniki w odpowiednim rozmiarze – prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej ilości wymaganych podajników)?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 16, dotyczy: części nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 17, dotyczy: części nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 18, dotyczy: części nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 292-293mm (w zależności od rozmiaru)?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 19, dotyczy: części nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein max 23µg/g?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 20, dotyczy: części nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające opakowanie handlowe o rozmiarach 25x12x9cm (Wykonawca dostarczy w cenie rękawic podajniki w odpowiednim rozmiarze – prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej ilości wymaganych podajników)?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 21, dotyczy: części nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm ± 0,01mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 22, dotyczy: części nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół, z wywiniętym mankietem?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 23, dotyczy: części nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym bez opaski adhezyjnej?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 24, dotyczy: części nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 25, dotyczy: części nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 26, dotyczy: części nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem białek lateksowych max 33 µg/g?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 27, dotyczy: części nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 280-290mm w zależności od rozmiaru?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 28, dotyczy: części nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy bez opaski adhezyjnej?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 29, dotyczy: części nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 30, dotyczy: części nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm +/- 0,02mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 31, dotyczy: części nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 32, dotyczy: części nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice bez taśmy adhezyjnej?”

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 33, dotyczy: części nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ


z up. p.o. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-C.A. DYREKTORA
ds. Technicznych i Administracyjnych