

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.121.2023 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Ocena punktowa
1	Cewniki pęcherzowe	Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa	100
2	Specjalistyczne cewniki urologiczne	Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	100
3	Cewniki moczowodowe	Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	100
4	Zestawy do szynowania moczowodów	Cook Medical Sp. Z o.o. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa	100
5	Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów	Część nr 5 - zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.	
6	Zestawy stentów moczowodowych Bander	Część nr 6 - zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.	
7	Zestawy urs / rirs	Cook Medical Sp. Z o.o. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa	100
8	Igły do biopsji do pistoletu Pro-Mag Ultra	Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	100
9	Worki do dobowej zbiórki moczu	Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	100
10	Przyrządy do cystoskopu	Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa	100
11	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk	Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa	100
12	Koszyki do usuwania złożeń z moczowodu	Cook Medical Sp. Z o.o. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa	100
13	Ortopedyczny zestaw do odsysania pola	Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin	100
14	Sprzęt do badań urodynamicznych do aparatu Goby	Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin	100

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Ocena punktowa
1	Cewniki pęcherzowe	Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
2	Specjalistyczne cewniki urologiczne	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa	39,74

7	Zestawy urs / rirs	Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	Oferta odrzucona
8	Igły do biopsji do pistoletu Pro-Mag Ultra	Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa	48,08
		Beryl Med. Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 bud. 14C 02-220 Warszawa	79,60
9	Worki do dobowej zbiórki moczu	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa	16,38
		Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	69,68
		Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa	92,25
		Intergos Sp. z o.o. ul. Legionów 55 43-300 Bielsko-Biała	90,97
10	Przyrządy do cystoskopu	Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	78,72
		Intergos Sp. z o.o. ul. Legionów 55 43-300 Bielsko-Biała	92,66
11	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk	Duolux Medical Sp. z o.o. os. B. Chrobrego 40f/53 60-681 Poznań	69,54
		Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	81,24
		Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	87,61
13	Ortopedyczny zestaw do odsysania pola	Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	74,75
		Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa	Oferta odrzucona
		Beryl Med. Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 bud. 14C 02-220 Warszawa	71,36

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Część nr 1 (Cewniki pęcherzowe)

Oferta nr 8 złożona przez Zarys Interantional Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowany cewnik Foley (rozmiar CH24) posiada balon o pojemności 5-10 ml. Zamawiający wymagał balon o pojemności od 30ml do 50ml.

Część nr 7 (Zestawy urs / rirs)

Oferta nr 12 złożona przez Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie przesłał próbki - dotyczy części nr 7 poz. 2;
- 2) Zaoferowana próbka w części nr 7 poz. 4 jest niezgodna z OPZ. Posiada jedną sztywną końcówkę. Zamawiający wymagała przewodniki wiodące do ureterorenoskopii z dwustronnie giętkimi końcówkami.

Część nr 13 (Ortopedyczny zestaw do odsysania pola)

Oferta nr 9 złożona przez Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowany dren łączący do ssaka posiada rozmiar CH25. Zamawiający wymagał CH24

3. INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Części nr 5,6 - zostają unieważnione na mocy art. 255 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

DYREKTOR
 Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 mgr Piotr Soltysieński