

Koszalin, 23.01.2024 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.136.2023 BS – paski testowe do oznaczania poziomu glukozy, kompatybilne aparaty odczytujące paski testowe, nakłuwacze

1. INFORMACJA O POWTÓRZONEJ CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (część nr 1)

- 1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu po ponownym badaniu ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
1	Paski testowe do pomiaru glukozy oraz kompatybilne aparaty do pomiaru glukozy i nakłuwacze	Roche Diabetes Care Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 28 02 – 672 Warszawa	100,00

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
1	Paski testowe do pomiaru glukozy oraz kompatybilne aparaty do pomiaru glukozy i nakłuwacze	SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice	oferta odrzucona
		Centrum Diabetologii Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa	oferta odrzucona

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta złożona przez Centrum Diabetologii Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp.

Uzasadnienie do części nr 1

Wykonawca na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów przedmiotowych i próbek.

Oferta złożona przez SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp.

Uzasadnienie do części nr 1

Wykonawca zaoferował paski testowe konfekcjonowane po 50 szt. Zamawiający wymagał 2000 opakowań (op. 100 szt.). Paski nie spełniają wymogu „kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska pomiarowego”, ponieważ posiadają kapilarę z boku a nie na szczycie paska.

3. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta 30.01.2024 r.

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*mgr Piotr Soltysiński*