

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: trybu podstawowego nr TP.382.030.2024 JK – obłożenia operacyjne jednorazowego użytku

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 zezwoli na złożenie oferty na pościel jednorazową o gramaturze 40 g/m2, w kolorze ciemnej zieleni o wymiarach: prześcieradło 210x150cm, poszewka na koldrę/koc 200x150 cm, poszewka na poduszkę 90x75cm, zgodne z normą EN ISO 14971: 2019?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 44 zezwoli na złożenie oferty na ubrania chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze niebieskim lub zielonym?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 44 zezwoli na złożenie oferty na ubrania chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m2 w kolorze niebieskim?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 45 zezwoli na złożenie oferty na fartuch jednorazowy o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: S/M, L/XL (długość 115cm, szerokość 134cm), 2XL/3XL (długość 118cm, szerokość 138cm), pakowany po 10 sztuk, wyrób medyczny?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści czepki o średnicy 53 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25 g/m kw., składającą się z następujących elementów: poszewka – 70 x 80 cm, poszwa – 150 x 210 cm, prześcieradło – 160 x 210 cm? Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795, gdyż odnosi się ona do włóknin stosowanych do produktu obłożenia i odzieży chirurgicznej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 45

„1. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m kw., pakowane po 5 szt.?”

2. Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem poliestrowym?”

ODPOWIEDŹ

Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 4

„Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego w folię po 100 sztuk.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 5 poz. 1

„Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerka z gumką w tylnej części

• Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

• Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

• Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

• Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 5 poz. 2

„Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się

• Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

• Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

• W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm

• Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

• Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 6

„Proszę o dopuszczenie zarękawków wykonanych z folii PE o gramaturze 2,8 g/m2.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 13

„Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

Prześcieradło 210 x 150

Poszwa 200 x 150

Poszewka 80 x 75”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 43

„Proszę o dopuszczenie chusty o wymiarach 96 x 96 x 136 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 43

„Proszę o dopuszczenie chusty bez podwiniętych i obszytych brzegów.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 44

„Proszę o dopuszczenie ubrań w jednym kolorze – niebieskim”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 44

„Proszę o dopuszczenie ubrań w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 44

„Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 44

*„Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kiteł [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”
Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 19: dotyczy części nr 44

„Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza ubrania objęte 8% i 23% stawką VAT.

PYTANIE NR 20: dotyczy części nr 45

„Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza fartuchy objęte 8% i 23% stawką VAT.

PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 45

„W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza fartuchy objęte 8% i 23% stawką VAT.

PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 45

„Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza fartuchy objęte 8% i 23% stawką VAT.

PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 44

„Proszę o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny PP o gramaturze 20 g/m2.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w części nr 45 nie dopuszcza fartuchów o gramaturze 20 g/m2.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 7 poz. 2

„Zwracamy się o możliwość złożenia oferty sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 16-18 cm x 240-250 cm, zakończona kartonem, z foliową taśmą lepłą na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej. Opakowanie zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. Wyrób medyczny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 10

„Zwracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. Wym. 95x130 cm. Wyrób medyczny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 26: dotyczy części nr 10

„Zwracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. Wym. 85x95 cm. Wyrób medyczny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice zostały pogrubione i podkreślone)?

Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 120cm H2O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych min. 4cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie min. 75 x 190 cm);
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 79 x 145 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie 66x85cm);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180x180cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (+/- 1 cm), 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm;
- 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 28: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice zostały pogrubione i podkreślone)?

Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP z dodatkowym padem chłonnym; bez dodatku celulozy

- Serweta o wymiarach 225cm x 300cm z otworem o średnicy 3,5cm wykończony neoprenem z dodatkowym padem chłonnym 75x80cm i organizatorami przewodów;
- 1 x Serweta samoprzylepna operacyjna 175cm x 200cm (+/- 1 cm) - brak
- Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 150x190cm;
- Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. 79 x 145cm;
- Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm;
- 2 x taśma samoprzylepna 9x50cm

Gramatura w części podstawowej 55g/m², w części łaty chłonnej 110g/m². Odporność na penetrację płynów min 120cm słupa H₂O – dotyczy całego zestawu. Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkłady niesterylne w rozmiarze 240 x 180 cm (+/- 12%)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający dopuści bluzy zabiegowe o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 32: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 33: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie po 5 szt? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 34: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o szerokości 136 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 35: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zarekawka o gramaturze laminatu 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), spełniającego pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 36: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarze 80 x 145 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy części nr 10 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarze 80 x 90 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na tarczycę wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m², o wymiarach 27,5 cm x 45 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 39: dotyczy części nr 12

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bluzy pakowanej w opakowanie zbiorcze po 30 sztuk, spełniająca pozostałe wymagania SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 40: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy w ww. pozycji nie doszło do pomyłki pisarskiej i pod wymaganiami dotyczącymi parametrów zestawu ujęte zostały inne składowe zestawu z parametrami niezgodnymi ze wcześniejszymi zapisami?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SWZ.

PYTANIE NR 41: dotyczy części nr 16

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując parametry wzmocnień w wymogach dotyczących fartuchów chirurgicznych oczekuje zaoferowania fartuchów wzmocnionych w części brzusznej (min. 10 cm od wycięcia pod szyją) i na rękawach?”

ODPOWIEDŹ

Tak – fartuch wzmocniony.

PYTANIE NR 42: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoń/ stopa zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)
- serwetę główną dwuwarstwową o wym. 225 x 320 cm z elastycznym otworem z neoprenu 3 cm, z dodatkowym, trójwarstwowym wzmocnieniem w polu krytycznym, łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 109 g/m² (+/-0,5 g/m²)
- serwetę samoprzylepna operacyjna 150 x 180 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 19

„Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu o poniższym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z laminatu 2-warstwowego

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przezroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywنيkiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia”



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- na opakowaniu jednostkowym znajdują się 4 etykiety transferowe zawierające nazwę zestawu, nazwę producenta, REF, LOT i datę ważności
- chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem jest wyższa od wymagań Zamawiającego i wynosi 477 ml/ m² a odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro wynosi 273 kPa
- serweta na stolik instrumentariuszki ma wymiar 175 x 300 cm
- fartuchy posiadają odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 119 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 161 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 45: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana zgodnego z SWZ z następującymi różnicami :

- na opakowaniu jednostkowym znajdują się 4 etykiety transferowe zawierające nazwę zestawu, nazwę producenta, REF, LOT i datę ważności,
- zestaw pakowany bez zapinki do bandaża – zgodnie z wymogami MDR
- serweta samoprzylepna operacyjna ma wymiar 150 x 240 cm
- fartuchy posiadają odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 119 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 161 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 46: dotyczy części nr 22

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego z workiem o odporności na rozerwanie na mokro min.185 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 47: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do odbyticy zgodnego z SWZ z tą różnicą , że posiada 6 zamiast 4 tupfrów gazowych z rtg?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 48: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparotomii pakowanego bez ręczniczków celulozowych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 49: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety operacyjnej do zabiegów okulistycznych 150 x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie, wypełnionym folią operacyjną perforowaną, ze zintegrowaną torbą na płyny o wym. 30 x 19 cm ze sztywnikiem? Obłożenie pacjenta wykonane z materiału 3-warstwowego PP/PE/PP o gramaturze 74g/m².”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 50: dotyczy części nr 27 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze minimum min. 57g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 51: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kręgosłupa zgodnego z SWZ z tą różnicą, że zestaw posiada dodatkowo w swym składzie 20 kompresów gazowych z rtg?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 52: dotyczy części nr 34 poz. 2

„*Prosimy o dopuszczenie uchwytu typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 53: dotyczy części nr 37 poz. 1

„*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do małych operacji o następującym składzie:*

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Chłonność materiału podstawowego 340%.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 54: dotyczy części nr 37 poz. 2

„*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-0,5g/m²)? Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Serweta składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację.”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 55: dotyczy części nr 14, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 29 i 36

„*Czy w celu weryfikacji składu zestawów Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 56: dotyczy części nr 15

„*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu spełniającego wymogi aktualnej normy EN 13795-1 2019, taśmy samoprzylepnej 9x50cm oraz warstwy przylepnej w serwetach samoprzylepnych min.2,5cm. Zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową w kopertę papierowo-foliową, następnie karton zbiorczy, zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 57: dotyczy części nr 35

„*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35g/m², posiadającego nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na ¼ rękawów mocowane od środka fartucha. Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 116cm H₂O, fartuch zapinany pod szyją na dwuczęściowy rzep, oraz o długości w rozmiarze XXL 149cm-151cm lub w rozmiarze XXXL 159-161cm?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 58: dotyczy części nr 44

„*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego niejałowego kompletu chirurgicznego z włókniny polipropylenowej typu SMMS, antystatycznego o gramaturze min.38g/m². Pozostałe zgodne*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 59: dotyczy części nr 45

„*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego niejałowego fartuch higienicznego będącego wyrobem medycznym o gramaturze 22g/m². Długość fartucha 118-122cm, szerokość 138-142cm w rozmiarze M?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 60: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści maseczki, które posiadają elastyczne uszy zamiast gumki do mocowania na twarzy?

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę tylko jednego z kolorów? Czy zapis: „kolor zielony lub niebieski” mówi o tym, że zamawiający musi mieć wybór kolorystyczny?”

ODPOWIEDŹ

Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 61: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę tylko jednego z kolorów? Czy zapis: „kolor zielony lub niebieski” mówi o tym, że zamawiający musi mieć wybór kolorystyczny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 62: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę tylko jednego z kolorów? Czy zapis: „kolor zielony lub niebieski” mówi o tym, że zamawiający musi mieć wybór kolorystyczny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 63: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę tylko jednego z kolorów? Czy zapis: „kolor zielony lub niebieski” mówi o tym, że zamawiający musi mieć wybór kolorystyczny?

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zarękawków o gramaturze min. 43 g/m²?

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zarękawków jałowych czy niejałowych?

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zarękawków pakowanych a'2 szt.? Cena zostanie podana za jedną sztukę.”

ODPOWIEDŹ

Ad. 1: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 3: Jałowych.

Ad. 4: Zamawiający nie dopuszcza. Dla zachowania sterylności każdy zarękawek powinien być pakowany pojedynczo.

PYTANIE NR 64: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw serwet uniwersalny jałowy z dodatkowymi wstawkami chłonnymi

skład zestawu:

• 1 szt. serweta o wymiarze min. 150 x 240cm samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

• 1 szt. serweta o wymiarze min 200 x 170cm samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

• 2 szt. serwety samoprzylepne o wymiarze 75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

• 1 szt. obłożenie na stół MAYO o wymiarze 80 x 145 cm w formie worka – złożone teleskopowo

• 1 szt. serweta na stół narzędziowy o wym. 150x 190 cm

• taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – 1 szt

- serwetki włókninowe do wycierania rąk w rozmiarze 40x20 cm - 2 szt.

Materiał serwet wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 62g/m² na całej powierzchni +elementy chłonne o gramaturze min. 60g/m².. Wierzchnia warstwa wykonana z wysokochłonnej włókniny.

Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha.

Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy PN EN13795-1:2019

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta.

Zestaw zapakowany w miękką blister.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, włókniny polipropylenowej, bez dodatku celulozy:

- Serweta o minimalnych wymiarach 240cm x 300cm z otworem o średnicy 4cm wykończony neoprenem;

- serweta 150 cm x 120 cm

- Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 150 cm x 190 cm;

- Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm;

- Ręczniki włókninowe o rozmiarach min. 40cm x 20cm;

Gramatura min. 73g/m². Odporność na penetrację płynów min 191 cm H₂O – dotyczy serwety głównej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 66: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, włókniny polipropylenowej, bez dodatku celulozy:

- Serweta o minimalnych wymiarach 240cm x 300cm z otworem o średnicy 4cm wykończony neoprenem;

- Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 140 cm x 190 cm;

- Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm;

- Ręczniki włókninowe o rozmiarach min. 40cm x 20cm;

- taśma medyczna 50 x 9cm 2 szt.

Gramatura min. 73g/m². Odporność na penetrację płynów min 191 cm H₂O – dotyczy serwety głównej.”


ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 67: dotyczy części nr 19

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu pionowego izolacyjnego o składzie:

- serweta wertykalna 330x240 cm z otworem 25x86 z folią chirurgiczną, z workiem na płyny i dwiema Kieszzeniami



- serweta na stolik instrumentalny w rozm. 190 cm x 150 cm

- serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm

- ręczniczki do rąk 40x20 cm 2szt.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 68: dotyczy części nr 25

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przezroczysty;

- 1 pojemnik plastikowy 500ml, z podziałką, przezroczysty;

- 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 43g/m².

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 + A1:2013-06. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.

Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w torebce papierowo-foliowej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 69: dotyczy części nr 43

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chusty wykonanej z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim, o gramaturze 35 g/m² i rozmiarze 100x100x141 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 70: dotyczy części nr 43

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chusty bawełnianej, o gramaturze 1205 g/m² i rozmiarze 134 x 95 x 95 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 71: dotyczy projektu umowy

„W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

§ 3 pkt. 1: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę z 15% wskaźnika cen towarów na 10% wskaźnika cen towarów?

§ 3 pkt. 5: Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę z 5% pierwotnej wartość wynagrodzenia na 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia?

§ 7 pkt. 1 ppkt. 1: Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę z 1% ceny netto dostawy za każdy dzień zwłoki na 0,5% ceny netto dostawy za każdy dzień zwłoki?”

ODPOWIEDŹ

Ad. 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 72: dotyczy części nr 1,2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości?”

ODPOWIEDŹ

Tak z uwzględnieniem stosownego zapisu w formularzu ofertowym.

PYTANIE NR 73: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej gładkiej o średnicy po rozciągnięciu ok. 53cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 74: dotyczy części nr 5 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wysokość części przedniej umożliwiające wywinicie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 75: dotyczy części nr 5 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy części nr 5 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?”

ODPOWIEDŹ

Tak z uwzględnieniem stosownego zapisu w formularzu ofertowym.

PYTANIE NR 77: dotyczy części nr 5 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści czepkę dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychająca. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zarękawka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 79: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy 13795:2019?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 80: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu z włókniny polipropylenowej oraz foli PE o gramaturze 60g/m2, chłonności 600%, wytrzymałości na wypychanie na sucho 109kpa, na mokro 99,4kpa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho 69,7MD/45,6CD N, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 75,3MD/49,4CD N, odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 81: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm lub 170x300cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 82: dotyczy części nr 9

„– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taśmy wykonanej z włókniny Spunlace (55% pulpa celulozowa + 45% poliester)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 83: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt w rozmiarze 80x150cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 84: dotyczy części nr 10 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt w rozmiarze 70x80cm lub 90x100cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 90x100cm.

PYTANIE NR 85: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na tarcycę w rozmiarze 24x46cm, średnica otworu 20cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 86: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 87: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze 25 g/m² lub 40g/m², niejałowy, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na koldrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 88: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy 13795:2019? Norma ta odnosi się do obłożeń chirurgicznych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 89: dotyczy części nr 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 41

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 150cm x 260cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 65cm x 260cm zbudowanej z dwuwarstwowego laminatu folia PE + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina (wiskoza + poliester)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 91: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści ręcznik z włókniny Spunlace w rozmiarze 30cm x 30cm ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 92: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 93: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza + poliester), czerwona folia, niebieskie wzmocnienie włókninowe?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 94: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 157cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 95: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści tufper z nitką RTG w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 96: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep z materiału Spunlance o długości 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 97: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 98: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe(włóknina + folia PE+ włóknina)odporność na rozzerwanie na sucho 195kPa/na mokro 180kPa z dodatkowym wzmocnieniem SM o gramaturze 80g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 240cm dwuwarstwową ze wzmocnieniem 25cm x 60cm, całkowita gramatura serwety 140g/m2, posiada pasek samoprzylepny o długości 80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 100: dotyczy części nr 14poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 101: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 102: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 103: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 260m ze wzmocnieniem w rozmiarze 65cm x 260cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 104: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 105: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 157 cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 106: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza + poliester) ,czerwona folia, niebieskie wzmocnienie włókninowe?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 107: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 157 cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 108: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep z materiału Spunlace o długości 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 180cm x 180cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 110: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serety operacyjne w rozmiarze 150cm x 240cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm całkowita gramatura serwety 140g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 111: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 112: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny Spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 60 cm x 145 cm)
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 65 cm x 190 cm)

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 113: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z zwiniętymi komponentami w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Opakowanie typu Header Bag?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 114: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w następujących rozmiarach i długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 115: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów dodatkową warstwą laminatu z którego wykonane jest wzmocnienie?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 116: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie w części brzusznej zaczynające się od wycięcia pod szyją, oraz na rękawach o długości 34cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 117: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie o chłonności w strefie krytycznej ponad 900% Odporność na rozerwanie/rozdzarcie na mokro 172 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 118: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści etykietę główną umieszczoną w widocznym miejscu wkładaną do środka zestawu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 119: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem włókniną (wiskoza 50% + poliester 50%)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 120: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału typu Spunlance wzmocniony na przodzie i na rękawach dwuwarstwowym laminatem (PP+PE)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 121: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XL o wymiarze 138 cm +/- 3cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 122: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XXL o wymiarze 157 cm +/- 3cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 123: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 30cm x 60cm ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 124: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia jednokomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 125: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści dren Redona 12CH z perforacją 14 cm długości 70 cm ze znacznikiem RTG ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 126: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 24CH o długości 300cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 127: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 230cm x 300cm z neoprenowym otworem o średnicy 7cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 128: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.”


ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 129: dotyczy części nr 19

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do izolacji pionowej o poniższym składzie:

- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywne filtry oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm (serweta wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m²)
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentalny, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 130: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety główne umieszczone w widocznym miejscu wkładaną do środka zestawu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 131: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230cm x 260cm z samoprzylepnym wycięciem U, chłonności w strefie krytycznej ponad 900% oraz odporność na rozdarcie /rozerwanie 172kPa? pozostałe parametry zgodne z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 132: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną wzmocnioną o rozmiarze 150cm x 240cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 133: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza +poliester) o gramaturze całkowita serwety 87g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 134: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału typu Spunlance wzmocniony na przodzie i na rękawach dwuwarstwowym laminatem (PP+PE)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 135: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XL o wymiarze 138 cm +/-3cm ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 136: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XXL o wymiarze 157 cm +/-3 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 137: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową dwukomorową o wymiarach 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 138: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 24CH o dł. 300cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 139: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści dren Redona 16CH z perforacją 14 cm długości 70 cm ze znacznikiem RTG?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 140: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści organizier typu rzep 2cm x 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 141: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia o chłonność laminatu 600% ?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 142: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści etykietę główną umieszczoną w widocznym miejscu wkładaną do środka zestawu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 143: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści kleszczyki blokowe o dł. 23cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 144: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne 30cm x 60cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 145: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści dren Redona PCV 12Ch 70cm z perforacją 14cm i znacznikiem RTG?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 146: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem 150cm x 240cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 147: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału typu Spunlance wzmocniony na przodzie i na rękawach dwuwarstwowym laminatem (PP+PE)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 148: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XL o wymiarze 138 cm +/- 3cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 149: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XXL o wymiarze 157 cm +/- 3cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 150: dotyczy części nr 22

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 151: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150cm x 260cm, wzmocnienie o wymiarach 65cm x 260?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 152: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 153: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza +poliester), czerwona folia, niebieskie wzmocnienie włókninowe?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 154: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 155: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści tupfer z nitką RTG w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 156: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep z materiału Spunlance o długości 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 157: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dl.300cm CH24, lejek-lejek)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 158: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer (średnica wewn./zewn.: 3,90mm/7,00mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 159: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 160: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30cm x 40 bez regulacji?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 161: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści serwetę brzuszną kroczołą bez wzmocnienia w rozmiarze 180/280x220cm, zintegrowane osłony na kończyny z otworem w kształcie trapezu 30cm x 20cm x 20cm z otworem w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm o gramaturze 56g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho 97,2kPa/mokro 84,6kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 162: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 163: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150cm x 260cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 65cm x 260cm zbudowanej z dwuwarstwowego laminatu folia PE + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina (wiskoza + poliester)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 164: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 165: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 166: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza + poliester), czerwona folia, niebieskie wzmocnienie włókninowe?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 167: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 168: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści tupfer z nitką RTG w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 169: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep z materiału Spunlance o długości 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 170: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły poj. 1000 ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 171: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści kieszę samoprzylepną 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 172: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści dren 24CH o długości 300 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 173: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer (średnica wewn./zewn.: 3,90mm/7,00mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 174: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 200/260cmx310cm wzmocnioną otwór z folią 30cm x 30cm i wycięciem w kształcie gruszki 16cm x 18cm, torba o wymiarach 80cmx80cm ze sztywnikiem plastikowym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 175: dotyczy części nr 24

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 176: dotyczy części nr 25

„Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane do transportu w pojedynczy karton?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 177: dotyczy części nr 25

„Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

- 1x Pojemnik okrągły, poj. 250ml, niebieski
- 1x Pojemnik okrągły, poj. 500ml, niebieski
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa o gramaturze 60g/m²
- 1x Kompres z gazy 17N 8W 10cmx10cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 178: dotyczy części nr 26

„Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O, chłonności 600%, odporności na rozerwanie na sucho 109kpa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 179: dotyczy części nr 26 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 180: dotyczy części nr 28 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona, czerwona
- 1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 210cm, CH24, lejek-lejek)

- 1x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer
- 1x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa
- 20x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 1x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 5x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 1x Serweta chirurgiczna 120cm x 170cm SMS wzmocniona z decentralnym otworem przylepnym o śr. 12cm
- 1x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa
- 2x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 181: dotyczy części nr 28 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna do operacji otolaryngologicznych 200cm x 280cm wzmocniona, przylepny otwór śr.10cm
- 2x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L
- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm
- 6x Tupfer z gazy (20cm x 20cm) z nitką RTG
- 5x Serweta operacyjna z gazy 17N 8W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką
- 40x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 10
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 15
- 1x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm, CH30, lejek-lejek)
- 1x Igła iniekcyjna (0,7 x 30)
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml
- 1x Aplikator gąbkowy, różowy, 19cm
- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 182: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy w wymiarach 150cm x 60cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 65cmx260cm zbudowanej z dwuwarstwowego laminatu folia PE + wzmocnienie w strefie krytycznej: (wiskoza + poliester)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 183: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 184: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm (wiskoza +poliester), czerwona folia, niebieskie wzmocnienie włókninowe?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 185: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem wklejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 186: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści tufper z nitką RTG w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 187: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna jednokomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 188: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści dren 24CH o długości 300 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 189: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer (średnica wewn./zewn.: 3,90mm/7,00mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 190: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego mikrochir. Metalowa, CH 12, dł. 160mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 191: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający w ramach uchwytu do wiązania przewodów i drenów dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep w rozmiarze 2cm x 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 192: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 80cm x 150cm w kształcie walca?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 193: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści osłona na aparaturę medyczną 85cm x 85cm w kształcie kuli?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 194: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną ze wzmocnieniem 25cm x 60cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 195: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 180cm x 180cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 196: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 240cm x 150cm ze wzmocnieniem o wymiarach 25cm x 60cm z przylepcem o długości 80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 197: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną wzmocnioną w rozmiarze 150cm x 240 ze wzmocnieniem 25cm x 60cm z przylepcem na dłuższym boku o długości 80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 198: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia o gramaturze 60g/m2 wzmocniony w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 140g/m2. Chłonność laminatu 600% w strefie krytycznej ponad 900%, odporność na przenikanie 197cm H2O, oporności przenikania na sucho w strefie niewzmocnionej 110kPa w strefie wzmocnionej 180kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 199: dotyczy części nr 29

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 200: dotyczy części nr 30

„Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z trokami o długości 178cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 201: dotyczy części nr 34 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep w rozmiarze 2x22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 202: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie o gramaturze 40g/m2 w części przedniej i rękawach?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 203: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep w okolicy karku: lewy rzep 3cm x 13cm oraz prawy rzep 3cm x 7cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 204: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający wymaga aby fartuch posiadał kolorowe lamówki oznaczające rozmiar oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 205: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy 102cm H2O?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 206: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 65cm x 190cm, dwuwarstwowy laminat 77g/m2 (folia PP + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP) w kolorze niebieskim?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 207: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści ręcznik 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 208: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm ze szwami tradycyjnymi i wzmocnieniem klejonym obwodowo oznaczone rozmiarem poprzez pieczętkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem i kolorową lamówką, zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm), mankiet o długości 7,5cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 209: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony na całej długości fartucha i na przedramionach po stronie zewnętrznej laminatem (PE + SPP) o gramaturze 57g/m², specjalna poszerzona konstrukcja umożliwiająca pracę w pozycji siedzącej, mankiety o dł. 7,5cm, wiązany z tyłu na troki z włókniny oraz zapięcie typu rzep w okolicy karku?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 210: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep z materiału Spunlance o długości 22cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 211: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 16cm x 250cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 212: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści dwukanałowy przyrząd regulujący przepływ z uniwersalnym zakończeniem drenu luer lock o długości 150cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 213: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę TUR 220/270 x 210cm z przyklepionym otworem krocowym o śr. 5cm z osłoną na palec oraz z dwoma organizatorami przewodów po obu stronach, dodatkowy otwór brzuszny o śr. 8cm, Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE +PP) o gramaturze 56g/m² zintegrowana z nogawicami i torbą z filtrem i portem wyjściowym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 214: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 215: dotyczy części nr 36 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do procedur o podwyższonej ilości płynów, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Rozmiar 157cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 216: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

„Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm, chłonności wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 217: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 218: dotyczy części nr 38 poz. 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym pikowanym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 219: dotyczy części nr 38 poz. 1, 2

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby bezpośrednio na produkcie było oznaczenie produktu lub producenta.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza serwety bez oznaczenia bezpośrednio na produkcie nazwą produktu lub producenta.

PYTANIE NR 220: dotyczy części nr 39 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną w rozmiarze 30x80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 221: dotyczy części nr 39 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS w rozmiarze 70x120cm z taśmą lepłą dołączoną osobno?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 222: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o rozmiarze 150cmx260 cm ze wzmocnieniem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 223: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści serwetę 230cm x 300cm z otworem 24cm x 34cm wypełnioną folią operacyjną, zintegrowaną z trójkątną torbą z sitem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w strefie krytycznej włókniną SMS?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 224: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne uchwyty typu rzep do mocowania drenów dołączone do serwety osobno celem doklejenia w dowolnym miejscu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 225: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze XXL o długości 157cm (+/-3cm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 226: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 227: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału Spunlance o gramaturze 68g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 228: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę metalową do ssaka o długości 160 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 229: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną 2-sekcyjną o wymiarach 30cm x 40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 230: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach, który obecnie dostarczany jest do szpitala:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, Odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności wzmocnienia min. 680%., materiał posiada I klasę palności

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 231: dotyczy części nr 43

„Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny 100% polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, w rozmiarze 96x96x136cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 232: dotyczy części nr 43

„Czy Zamawiający dopuści chustę bez podwiniętych brzegów, wykończoną owerlokiem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 233: dotyczy części nr 43

„Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną ze 100% bawełny o gramaturze 87,5g/m², w rozmiarze 96x96x130cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 234: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne wykonane z antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35g/m² bez dodatku antystatycznej apretury?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 235: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim i zielonym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 236: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu normy typu ISO 10993-1 (uczulenia, podrażnienia, cytotoksyczność) i dopuści ubrania spełniające aktualną normę EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 237: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 238: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości paska 170cm +/-5cm, o długości fartucha 120cm +/-2cm, o szerokości fartucha 140cm +/-2cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 239: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 240: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 241: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści mankiet zakończony gumką zawierającą lateks?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 242: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej bez perforacji, szerokość po rozciągnięciu min. 50 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 243: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 244: dotyczy części nr 4,5

„Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków w opakowaniu handlowym a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 245: dotyczy części nr 5 poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej nieperforowanej, czepek wyposażony w wstawkę pochłaniającą pot.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 246: dotyczy części nr 5 poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 247: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład zgodny z poniższym opisem:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Rozmiar: 225 cm x 101 cm ±2cm

Rozmiar rdzenia chłonnego: 200 cm x 50 cm ±2cm

Gramatura: min. 110g/m²

Absorbpcja: min. 9000 ml/m²

Karton zbiorczy - 20szt.

Produkt posiadający znak CE”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 248: dotyczy części nr 8

„Prosimy o odstąpienie od wymogu I klasa palności wg. 16 CFR 1610.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 249: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folia polietylenową o gramaturze min. 40 g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 250: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folia polietylenową o gramaturze 60 g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 251: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 240cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 252: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150cm x 200cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 253: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład sterylny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 254: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2 poniższych właściwościach:

- chłonność 455%, wg. ISO 9073-6
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 231 kPa,
- wytrzymałość na wypychanie na mokro 225 kPa,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho 48,2 N,
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 47,2 N,
- odporność na przenikanie cieczy 135 cmH₂O,
- folia posiada właściwości antystatyczne,
- laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny.
- spełnia wymagania norm EN 13795 :2019?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 255: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści taśmę z włókniny w rozmiarze 10x50 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 256: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści taśmę rzep w rozmiarze 2,5 x 23 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 257: dotyczy części nr 11



„Prosimy o odstąpienie od wymogu normy EN 10993?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 258: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści niesterylna osłonę jednorazowego użytku o kształcie pasującym do założenia na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonana z włókniny trójwarstwowej, niebieskiej SMS o gramaturze 35g/m², zapinana na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz posiadająca rozcięcie do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę. Długość 65 cm +/- 12 cm; Szerokość w części tylnej 9 cm +/- 1 cm; Szerokość w części rozcięcia 20 cm +/- 1 cm?”



ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 259: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w poniższym rozmiarze:

Prześcieradło: 160cm x 210cm

Poszwa: 160cm x 210cm

Poszewka: 70cm x 80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 260: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z PP min. 40 g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 261: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m². Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho min. 200 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro min. 200 kPa
Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze: karton zabezpieczony od wewnątrz folią. Na opakowaniu 3 naklejki do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, nazwę producenta oraz datę ważności. Długość: M - 115 cm; L - 127 cm; XL - 145 cm; XXL - 155 cm cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 262: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający zestaw do operacji biodra z tuniką o poniższych właściwościach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Chłonność laminatu 185 cm H₂O

Odporność na rozerwanie na mokro min. 225 kPa.

Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz min. 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin ważności min. 12 miesięcy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 263: dotyczy części nr 26 poz. 1-7

„Czy Zamawiający dopuści serwety o poniższych właściwościach:

Serwety sterylne wykonana z dwuwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3). Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m². Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 135 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 155 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 264: dotyczy części nr 26 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 200cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 265: dotyczy części nr 26 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 100cm x 120cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 266: dotyczy części nr 26 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 200cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 267: dotyczy części nr 26 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50cm x 60cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 268: dotyczy części nr 26 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 75cm x 75cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 269: dotyczy części nr 26 poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 100cm z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 6x8cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 270: dotyczy części nr 26 poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem samoprzylepnym rozmiarze cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 271: dotyczy części nr 27 poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę obłożenie okulistyczne o poniższych właściwościach:

- Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwety 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szywniki);”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 272: dotyczy części nr 27 poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę obłożenie okulistyczne o poniższych właściwościach:

- Serweta wykonana z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS

- Gramatura serwety 45g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szywniki);”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 273: dotyczy części nr 30

„Czy Zamawiający dopuści koszulę zgodną z poniższym opisem:

Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Opakowanie a'20szt w torebce, ilość w kartonie 160szt.”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 274: dotyczy części nr 32

„Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyny zgodny z poniższym opisem:

Zbiornik wykonany z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,05mm), zaopatrzony jest w taśmę lepną, filtr oraz szywnik.

Zgodność z normą PN-EN 13795 Rozmiar: 50cm x 50cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 275: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m². Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –

troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep.

Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho min. 200 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro min. 200 kPa

Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze: karton zabezpieczony od wewnątrz folią. Na opakowaniu 3 naklejki do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, nazwę producenta oraz datę ważności. Długość: L - 127 cm; XL – 145 cm; XXL – 155 cm cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 276: dotyczy części nr 38 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze min. 110g/m²”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 277: dotyczy części nr 38 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści podkład o poniższych parametrach:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 101x150 cm (tolerancja +/- 2 cm)

Rdzeń chłonny 50x150 cm, Wchłaniałość min. 3200 ml/m²”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 278: dotyczy części nr 38 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści podkład bez oznaczenia nazwą produktu lub producenta. Oznaczenie nie ma wpływu na właściwości podkładu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza serwety bez oznaczenia bezpośrednio na produkcie nazwą produktu lub producenta.

PYTANIE NR 279: dotyczy części nr 38 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze min. 110g/m²”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 280: dotyczy części nr 39 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35cm x 120cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 281: dotyczy części nr 39 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35cm x 80cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 282: dotyczy części nr 39 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35cm x 120cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 283: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 284: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w jednym kolorze – niebieskim?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 285: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 286: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze 20g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 287: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 288: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 115cm x 140cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 289: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z paskiem min. 180 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 290: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 13x244 cm z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 40 µm, złożony teleskopowo, bez kartonika na końcu. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. Wyrób medyczny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 291: dotyczy części nr 7 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody o wym. 15x279 cm (+/- 1 cm) o grubości folii PE 35 µm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 292: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego I o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 180x300cm wykonana z laminatu 2-warstwowego PP/PE na całej powierzchni. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu
2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kałafonii. Rozmiar L- 130 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholu (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

Aktualnie Zamawiający realizuje umowę, w której dostarczane są fartuchy o powyższej budowie i parametrach i nie zgłasza do nich żadnych uwag.

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 1 cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym powyżej 85 g/m². Wielkość wzmocnienia 64 x 145 cm (+/- 1 cm). Odporność na przenikanie cieczy powyżej 370 cm H₂O

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kałafonii. Rozmiar XXL- 152 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholu (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

Aktualnie Zamawiający realizuje umowę, w której dostarczane są fartuchy o powyższej budowie i parametrach i nie zgłasza do nich żadnych uwag.

1 x miska z podziałką, niebieska 250 ml

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm

4 x tupfer miękkiej typu kula z nitką RTG, rozmiar gazy 20-nitkowej przed zwinięciem 40 x 50 cm (+/- 1 cm)
1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z dwoma trokami z włókniny typu Spunlace o długości min. 25 cm
1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm
1 x kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa 35 x 40 cm (+/- 1 cm)
20 x kompres gazowy 17n12w, 10 cm x 10 cm, z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą gumową a'10 szt
2 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa 75 cm x 90 cm zbudowane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 79 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) powyżej 245 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 100 kPa i na mokro min. 74 kPa
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa 175 cm x 175 cm z paskiem samoprzylepnym 75 cm x 5 cm zbudowana z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 79 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) powyżej 245 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 100 kPa i na mokro min. 74 kPa
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa wzmocniona 150 cm x 240 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony jednoczęściowym papierem silikonowanym. Serweta zbudowana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 67,5 g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia powyżej 160 g/m². Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): powyżej 530 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho powyżej 280 kPa i na mokro powyżej 130 kPa.
Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety obłożenia pacjenta spełniają wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, posiadają I klasa palności. Na opakowaniu jednostkowym 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności. Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylny margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO (bezwonna)."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 293: dotyczy części nr 14 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego II o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 180x300cm wykonana z laminatu 2-warstwowego PP/PE na całej powierzchni. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu
2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar XL-XL- 165 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholi (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

Aktualnie Zamawiający realizuje umowę, w której dostarczane są fartuchy o powyższej budowie i parametrach i nie zgłasza do nich żadnych uwag.

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 1 cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym powyżej 85 g/m². Wielkość wzmocnienia 64 x 145 cm (+/- 1 cm). Odporność na przenikanie cieczy powyżej 370 cm H₂O

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar XXL- 152 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholi (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

Aktualnie Zamawiający realizuje umowę, w której dostarczane są fartuchy o powyższej budowie i parametrach i nie zgłasza do nich żadnych uwag.

1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z dwoma trokami z włókniny typu Spunlace o długości min. 25 cm

2 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 75 cm x 90 cm

1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym min. 80 cm

2 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 cm x 240cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony jednoczęściowym papierem silikonowanym. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 67,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet operacyjnych wzmocnienie o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia powyżej 160 g/m². Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważnej) powyżej 530 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho powyżej 280 kPa i na mokro powyżej 130 kPa.

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety obłożenia pacjenta spełniają wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, posiadają I klasa palności. Na opakowaniu jednostkowym 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności. Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylny margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO (bezwonna)."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 294: dotyczy części nr 14 poz. 1,2

„Czy Zamawiający w celu weryfikacji zgodności składu zestawu uniwersalnego I i II z opisem przedmiotu zamówienia wyrazi zgodę na złożenie niesterylnych próbek, jak to było praktykowane w poprzednich latach?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 295: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu pediatrycznego o następujących parametrach i składzie:

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy PN EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 67,5 g/m² i odporności na penetrację płynów powyżej 230 cm H₂O. Warstwa przyklepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w worku polietylenowym z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylny margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO (bezwonna). Zestawy do transportu pakowane wewnętrznie w worek polietylenowy i zewnętrzny karton transportowy.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie 64 x 190 cm);
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm;

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 175 cm;
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm,
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;
- 2 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 296: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający wymaga fartucha wzmocnionego w obszarze krytycznym (na przodzie i w rękawach) laminatem 2- warstwowym (polietylen/ polipropylen) o gramaturze min. 37 g/m². Obszar wzmocnienia na przodzie zaczynający się min. 10 cm poniżej wykroju pod szyją?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 297: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego ze wszystkimi wymaganiami SWZ wzmocnionego na przodzie i na rękawach laminatem 2- warstwowym (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 38 g/m² posiadający obszar wzmocnienia na przodzie zaczynający się 20 cm poniżej wykroju pod szyją i posiadający następująco określono literowo rozmiary:

M- 120 cm (+/- 2 cm)

L- 130 cm (+/- 2 cm)

XL- 140 cm (+/- 2 cm)

XXL- 152 cm (+/- 2 cm)

XL- XL- 165 cm (+/- 2 cm)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 298: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej z monolitu polipropylenowego nielaminowanego 150x140 cm z oknem w polu operacyjnym o wymiarze 10x10 cm wypełnionym perforowaną folią chirurgiczną o grubości 25 µm oraz z 2 workami na płyny po obu stronach serwety o wym. 22x24 cm ze sztywnikami oraz kształtką (mostkiem) na nos do ufiksowania serwety na pacjencie. Gramatura serwety 43 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 299: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej z monolitu polipropylenowego nielaminowanego 250x160 cm z oknem w polu operacyjnym o wymiarze 10x10 cm wypełnionym perforowaną folią chirurgiczną o grubości 25 µm oraz z 2 workami na płyny po obu stronach serwety o wym. 21x30 cm ze sztywnikami oraz kształtką (mostkiem) na nos do ufiksowania serwety na pacjencie. Gramatura serwety 43 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 300: dotyczy części nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWZ jednakże z samoprzylepnym otworem owalnym o wym. 6x9 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 301: dotyczy części nr 32

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do zbiórki płynów 55 x 80 cm z mocną taśmą przylepną, sitem, zaworem oraz sztywnikiem do formowania brzegów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 302: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SSMMS o gramaturze 35 g/m², antystatycznej, ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego (PP/PE) spełniającego wymagania SWZ,

jednakże z zapięciem przy szyi na rzepy umożliwiające regulację obwodu, dostępnego w następujących rozmiarach: L- 130 cm; XL- 140 cm; XXL- 152 cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 303: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SSMMS o gramaturze przekraczającej 40 g/m², antystatycznej, ze wzmocnieniem z laminatu 2-warstwowego (PP/PE) spełniającego wymagania SWZ, jednakże z zapięciem przy szyi na rzepy umożliwiające regulację obwodu, dostępnego w następujących rozmiarach: L- 130 cm; XL- 140 cm; XXL- 152 cm?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 304: dotyczy części nr 40 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, hydrofilowych serwet operacyjnych z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4-warstwowe, z elementem RTG i tasiemką. Z podwójną samoprzylepną etykietą do dokumentacji medycznej oraz kodem QR, zgodne z EN 14079. Serwety sterylizowane parą wodną, klasa IIa, reguła 7, wymiar całkowity 45cm x 45cm. (100% włókna bawełniane po wstępnym praniu), op. a'5szt.. Opakowanie jednostkowe typu peel-open (papier-folia) wymagane normą EN 868 z marginesem otwarcia zapewniającym łatwe i prawidłowe użycie produktu."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 305: dotyczy części nr 40 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, hydrofilowych serwet operacyjnych z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4-warstwowe, z elementem RTG i tasiemką. Z podwójną samoprzylepną etykietą do dokumentacji medycznej oraz kodem QR, zgodne z EN 14079. Serwety sterylizowane parą wodną, klasa IIa, reguła 7, wymiar całkowity 45cm x 45cm. (100% włókna bawełniane po wstępnym praniu), op. a'2szt.. Opakowanie jednostkowe typu peel-open (papier-folia) wymagane normą EN 868 z marginesem otwarcia zapewniającym łatwe i prawidłowe użycie produktu."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 306: dotyczy części nr 4 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniu foliowym A.100 szt.?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 307: dotyczy części nr 13 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o następujących parametrach:

- komplet pościeli medycznej w kolorze zielonym
- poszwa na poduszkę w rozmiarze 70x85 cm
- poszwa na koc w rozmiarze 150x210 cm
- prześcieradło w rozmiarze 150x240 cm
- jednorazowego użytku
- gramatura 25 g/m²
- wykonane z miękkiej i miłej w dotyku włókniny polipropylenowej (100% PP)."

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 308: dotyczy części nr 44 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o następujących parametrach:

- 40 g/m² materiał SMS bez strzępień
- kolor niebieski
- 3 kieszenie
- spodnie wyposażone w gumkę
- bluza z krótkim rękawem
- dekolt V obszyty lamówką

- antystatyczny
- oddychający
- odporny na penetrację cieczy
- odporny na rozciąganie
- dostępne rozmiary: S-XXL
- odzież medyczna jest pakowana pojedynczo w torebki foliowe."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 309: dotyczy części nr 4 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka pielęgnarskiego o szerokości po rozciągnięciu 52 cm +/- 1cm? Pozostałe parametry czepka bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 310: dotyczy części nr 12 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej bluzy spełniającej wymagania SWZ, jednakże pakowanej w torbę PE po 10 sztuk?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 311: dotyczy części nr 15 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu pediatrycznego zgodnego z SWZ, jednakże w którym serwetka na stół narzędziowy ma rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 312: dotyczy części nr 17 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji protezowania okolic stawu kolanowego, w którym serwetki operacyjne wykonane są z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 55 g/m². Dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa warstwa chłonna z włókniny SMS. Łączna gramatura w miejscu wzmocnień 110 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): 204 cm H₂O, chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 386 ml/ m², odporność na rozzerwanie na mokro 353 kPa, odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro w części nie wzmocnionej min. 132 kPa. (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną)

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 4 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.

Skład zaoferowanego zestawu:

- 1 x serwetka na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 300 cm - owinięcie zestawu;
- 1 serwetka na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 60 x 145 cm; gramatura całkowita serwetki 90 g/m²;
- 1 x serwetka do operacji kończyny dolnej 2 - warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym 245 x 320 cm, otwór 7 x 10 cm. Wbudowany uchwyt Velcro
- 2 x serwetki przylepna 2 - warstwowe 240 x 150 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 55 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – ok. 150 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL – ok. 170 cm

Fartuchy typu Spunlace; gramatura materiału bazowego 72 g/m². Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze 20 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergiczej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuścigowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej.

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 127 cm

Fartuch z włókniny SMS; gramatura materiału bazowego: min. 35 g/m². Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 38 g/ m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznnej. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności.

- 1 x dren ortopedyczny do ssaka z filtrem 23,4/7,8 CH/mm
- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
- 1 x elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm
- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty
- 1 x dren do ssaka 350 cm 25/8,33 CH/mm
- 1 x dren Redona 12/4,00 CH/mm 50 cm
- 1 x ostrze do skalpela Nr 10
- 1 x ostrze do skalpela Nr 23
- 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek, białe, poddane wstępnemu praniu
- 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek, banderolowane a' 10 szt;
- 6 x tupfer z gazy RTG, Nr. 5, 34x34 cm 20 nitek
- 5 x strzykawka 20 ml Luer 2 części
- 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml
- 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Wyżej opisany zestaw był przez Państwa używany na bloku operacyjnym, i nie zgłaszano uwag co do jakości, składu i walorów użytkowych produktu."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 313: dotyczy części nr 18 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji dłoni/stopy wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze 55 g/m², ze wzmocnieniem w części krytycznej serwet (trzy warstwy). Gramatura w części wzmocnionej 110g/m². Odporność na penetrację płynów zgodna z SWZ.

Skład zestawu:

- o 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 190cm x 150cm
- o 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm
- o 2 ręczniki celulozowe 30cm x 33cm
- o 1 serweta do operacji dłoni/ stopy, otwór 3 cm wykończony neoprenem 245cm x 320cm
- o 1 uchwyt Velcro
- o 1 serweta PE 150cm x 200cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 314: dotyczy części nr 19 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu izolacyjnego, w którym serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 150 x 190cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 145cm), serweta główna wykonana z PE ma rozmiar 320 x 234 cm z oknem klejącym 70 x 30cm i workiem do zbiórki płynów."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 315: dotyczy części nr 22 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii stawu barkowego, w którym serwety operacyjne wykonane są z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 55 g/m². Chłonność laminatu 156 ml/m². Odporność na rozerwanie na mokro 134 kPa. Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868. Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SWZ

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płynie (otwór 12 cm). Wbudowane dwa uchwyty Velcro	225 x 400
1 samoprzylepna serweta operacyjna	75 x 90
1 osłona na kończynę	25 x 80
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 316: dotyczy części nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do laparotomii o składzie:

- 1 x serweta na stół na narzędziowy wzmocniona 300 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 x 145cm (wzmocnienie 60 x 145cm);
- 1 x serweta do laparotomii 260 x 320 cm, otwór 32 x 32 cm (folia operacyjna).

Wbudowany worek na płynie 360 stopni. Wbudowane dwa organizery włókninowe. Bez legginsów.

Serweta wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 55 g/m². Chłonność laminatu 156 ml/m². Odporność na rozerwanie na mokro 134 kPa, na sucho 145kPa.

- 2 x kieszeń 1 sekcja 30 x 32 cm
- 1 x ostrze do skalpela nr 23
- 1 x ostrze do skalpela nr 11
- 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała
- 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek (krep a 10 sztuk)
- 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS; gramatura materiału bazowego: min. 35 g/m². Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 38 g/ m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności. Długość fartucha 130 +/- 5 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² oraz gramaturze wzmocnienia: 20 g/m²; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH₂O i strefie wzmocnionej 80 cmH₂O. Odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Długość fartucha 150 cm.
- 1 x uchwyt Velcro
- 1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji typu Erbe 320 cm
- 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml przezroczysty
- 1 x pojemnik na igły i ostrza 10/- miejsc magnetyczno-piankowy
- 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm
- 1 x uchwyt do ssaka Yankauer Derby 24/8,00 CH/mm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia.

Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 4 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta”

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 317: dotyczy części nr 26 poz. 1,2,3,5,6,7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu min. dwuwarstwowego (polietylen, polipropylen) o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 134 kPa ? Pozostałe parametry serwet bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 318: dotyczy części nr 32 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego worka do zbiórki płynów w rozmiarze 56 x 90cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 319: dotyczy części nr 33 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej dwukomorowej kieszeni o wymiarach i parametrach folii zgodnych z SWZ lub kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 55 x 50cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza – dwukomorowa.

PYTANIE NR 320: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z włókniny SMS?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 321: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści długość fartucha XXL min. 155 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 322: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do małych operacji wykonanego z laminatu o chłonności 156 ml/m², bez serwety na stolik Mayo oraz bez taśmy samoprzylepnej? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 323: dotyczy części nr 37 poz. 1

„czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do małych operacji wykonanego z laminatu o chłonności 156 ml/m², z serwetą na stolik Mayo i taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 324: dotyczy części nr 39 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę dolną w rozmiarze 35cm x 80cm z taśmą lepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od osłony.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 325: dotyczy części nr 39 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę dolną, pakowaną a' 2 szt., z taśmą lepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od osłony”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 326: dotyczy części nr 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 327: dotyczy części nr 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 328: dotyczy części nr 4

„Czy zamawiający dopuści czepek pielęgniarski okrągły, z przewiewnej włókniny, bez perforacji, wykończony delikatną nieuciskającą bezlateksową gumką, niesterylny, szerokość po rozciągnięciu min. 53 cm, pakowany w opakowanie foliowe z możliwością pojedynczego wyjmowania – po 100 szt. , wyrób medyczny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 329: dotyczy części nr 5 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany z włókniny PP, nieperforowanej, posiadający taśmę pochłaniającą pot, bezz możliwością wywinięcia, z tyłu ściągany trokami, pakowany w opakowanie foliowe z możliwością pojedynczego wyjmowania – po 100 szt. , wyrób medyczny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 330: dotyczy części nr 5 poz. 2

„Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot , tylna część bez wydłużenia, wiązana na troki, wykonana z włókniny polipropylenowej; materiał opaski pochłaniającej pot: wiskoza i poliesterm. min. 45 g/m², pakowany w opakowanie foliowe z możliwością pojedynczego wyjmowania – po 100 szt. , wyrób medyczny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 331: dotyczy części nr 13

„Czy zamawiający dopuści niesterylny komplet pościeli z włókniny jednowarstwowej PP, barierowej: poszwa 160 x 210 cm; poszewka 80 x 70 cm; prześcieradło 150 x 200 cm. Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 332: dotyczy części nr 44

„Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 333: dotyczy części nr 45

„Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?”

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm”

ODPOWIEDŹ

Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 4: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 5: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 334: dotyczy części nr 15

„Prosimy o dopuszczenie normy PN EN 13795-1

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150, wzmocnienie min. 60 x 145.
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 335: dotyczy części nr 22

„Prosimy o dopuszczenie normy PN EN 13795-1

Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 56 g/m² na całej powierzchni.

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnej


Paweł Samelak
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie