

Koszalin, 05.08.2024 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: trybu podstawowego nr TP.382.070.2024 JK – obłożenia operacyjne jednorazowego użytku (II)

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

| Nr części | Nazwa części | Wykonawca | Punkty w kryterium cena |
|-----------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Pokrowce na przewody | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa | 100,00 |
| 2 | Oslony na sprzęt medyczny | część unieważniona | |
| 3 | Serwety na stół operacyjny | Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | 100,00 |
| 4 | Zestaw do kraniotomii | Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice | 100,00 |

2) Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

| Nr części | Nazwa części | Wykonawca | Punkty w kryterium cena |
|-----------|----------------------------|--|-------------------------|
| 2 | Oslony na sprzęt medyczny | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa | oferta odrzucona |
| 4 | Serwety na stół operacyjny | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa | 65,87 |

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta nr 3 złożona przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02546 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie do części nr 2:

W formularzu ofertowym w pozycji 2 (Pokrowiec na aparat Rtg z ramieniem C) w kolumnie „Producent/Nr kat.” Wykonawca wpisał produkt Microtek o nr kat. 17648, który nie spełnia wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia składu, tj. nie zawiera:

- draperii na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm, umieszczona na klipsach 11 cm,
- osłony na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką,
- osłony na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką,
- osłony na pedał.

Wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 01.08.2024 r. prowadzą do zmiany treści oferty.

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie w zakresie części nr 2 (Oslony na sprzęt medyczny) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

DYREKTOR
Piotr Sołtyśński
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika