

Koszalin, Koszalin, 11.09.2024 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.093.2024 JK – sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy projektu umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- 1) za przekroczenie terminu utworzenia kompletnego Banku Szpitalnego, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto Banku Szpitalnego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 2) za przekroczenie terminu uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto (§ 2 ust. 1 pkt 1) niedostarczonej części Umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 3) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części Umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 4) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, której odstąpienie dotyczy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia zapisy § 9 ust. 1 projektu umowy na następujący:

„1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- 1) za przekroczenie terminu utworzenia kompletnego Banku Szpitalnego, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 1% wartości netto Banku Szpitalnego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 2) za przekroczenie terminu uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto niedostarczonej części Umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 3) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części Umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 4) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, której odstąpienie dotyczy.”

PYTANIE NR 2: dotyczy części 1

„Czy Zamawiający zgodzi się na stymulatory jednojamowe o pojemności baterii 1.0 Ah? (1 pkt 14 opis przedmiotu zamówienia).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części 1

„Czy Zamawiający zgodzi się na stymulatory z opóźnieniem przedsionkowo- komorowym od 20-350 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego (2 pkt 6 opis przedmiotu zamówienia).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części 5

„Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o średnicy 8,6F?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy projektu umowy

„Wnosimy o dokonanie zmiany 9 projektowanych postanowień umowy poprzez odniesienie sposobu wyliczenia kary umownej za zwłokę wyłącznie do części jednostkowego zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy zwłoka, nie zaś do wartości wynagrodzenia za wartość całego Banku czy części.

Określona w projektowanych postanowieniach umowy podstawa do wyliczenia kary umownej za zwłokę odnosząca się do wartości wynagrodzenia za całość Banku czy części jest karą umowną rażąco wygórowaną, nieadekwatną do zakresu naruszenia, w tym wagi i skutków naruszenia umowy przez Wykonawcę, tym samym sprzeczna z instytucją kary umownej. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu zwłoki. Jak wskazuje się w orzecznictwie „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przynajmniej mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13). Również Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że Zamawiający zobligowany jest do stosowania w postępowaniu takich środków, które są adekwatne do realizacji danego celu i proporcjonalne do jego istoty, co powinno przekładać się na jak najmniej dotkliwe dla wykonawcy postanowienia, postanowienia o karach umownych nie powinny zaprzeczać charakterowi prawnemu instytucji kary umownej, kary umowne nie powinny stanowić sankcji oderwanej od wagi danego naruszenia obowiązków, ani też prowadzić do nieuprawnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy (wyrok KIO z 16.07.2020 r., KIO 1089/20). Choćby udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przykłady negatywnych i dobrych praktyk kontraktowych jasno określają, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny dotyczyć wyłącznie części zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy. Także „Rekomendacje w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych” z września 2023 r. opublikowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wskazują, że ustalanie wysokości kary umownej jako procentu wartości umowy (wynagrodzenia wykonawcy, ceny) może skutkować rażącym wygórowaniem kary umownej. Wskaźnik procentowy musi być w takim przypadku dobrany w sposób ostrożny i przemyślany, by spełniał założenie adekwatności kary umownej do wagi i skutków naruszenia umowy. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest odniesienie sposobu wyliczenia kary umownej za zwłokę wyłącznie do części jednostkowego zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy zwłoka.”

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

PYTANIE NR 6: dotyczy projektu umowy

„Wnosimy o dokonanie zmiany 9 ust. 3 projektowanych postanowień umowy poprzez odstąpienie od żądania zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w & 8 ust. 3. Wspomniane dokumenty nie są przedmiotem zamówienia, a Zamawiający wymaga przedstawienia ich już na etapie składania oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokona zmiany w § 9 ust. 1 pkt 3 projektu umowy.

PYTANIE NR 7: dotyczy części 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z przewodnikiem 0,035 cala?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy § 12 ust. 9 (dotyczy części nr 7) DZIERŻAWA URZĄDZENIA

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę przedłużenie czasu z 48 godzin do 96 godzin w dni robocze na usunięcie awarii w urządzeniu lub zainstalowanie równoważnego urządzenia przez serwis Wykonawcy od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9: dotyczy części 10

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie konkurencyjnych produktów o następujących parametrach:
Pozycja 1: Koszulka do nakłucia transseptalnego

Punkt 2 : długość koszulki 60,62 i 80 cm

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Pozycja 1.1 : Igła transseptalna

Punkt 1 : 2 krzywizny do wyboru N0 i N1

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 2

Koszulka sterowalna transseptalna

Warunki SIWZ spełnione

Pozycja 3

Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston

Punkt 8 – ilość pierścieni 10

Warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione

Pozycja 4: Elektrody diagnostyczne czterobiegunowe o stałej krzywiznie

Punkt 3 – 6 krzywizn do wyboru

Punkt 6 – pierścienie platynowo-irydowe

Warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy części 11

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

Elektroda diagnostyczna dziesięciopolowa o stałej krzywiznie wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)

Punkt 1 : rozmiar 4- 6 F do wyboru

Punkt 3 : 6 krzywizn do wyboru w tym krzywizny dedykowane zatoce wieńcowej

Punkt 4 : Spacing do wyboru min. 4 rodzaje, w tym 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 2mm

Pozostałe warunki dla pozostałych punktów spełnione

Pozycja 2

Elektroda diagnostyczna sterowalna 10-polowa do mapowania zatoki wieńcowej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)

Punkt 2 : długość 110 cm

Punkt 5 : Spacing do wyboru, min 4 rodzaje, w tym 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 2mm

Pozostałe warunki dla pozostałych punktów spełnione

Pozycja 3

Elektroda diagnostyczna czteropolowa o stałej krzywiznie wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston

Punkt 8 : pierścienie 1,6-2 mm

Punkt 9 : Spacing do wyboru, min 4 rodzaje, w tym 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 2mm

Pozostałe warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione

Pozycja 4

Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe , wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Smart Ablate)

Punkt 4 : końcówka o standardowej przewodności cieplnej

Punkt 5 : długość 110 cm

Pozostałe warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione

Pozycja 5

Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Smart Ablate)

Punkt 4 : końcówka o standardowej przewodności cieplnej

Punkt 5 : długość 110 cm

Pozostałe warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy części 12

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie konkurencyjnych koszulek udowych o poniższych parametrach:

Punkt 4: rozmiar w zakresie 5-10 F

Punkt 5: Średnica lidera prowadzącego do 0,038 "
Punkt6 : długość lidera prowadzącego 45 cm
Pozostałe warunki SIWZ dla pozostałych punktów spełnione."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.


DYREKTOR
Piotr Soltysiński
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie