

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.129.2021 BS – aparat ultrasonograficzny

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy OPZ Punkt 6.1. Możliwości rozbudowy

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową do badań naczyniowych ze zmianą częstotliwości pracy, o zakresie częstotliwości pracy od 5,0 – 18,0 MHz, liczbą elementów akustycznych 576 szt. i szerokością skanu max 39 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych